

- 157-160
40) 9° tracce scannerone "slenderol" cerchiate 26 mm²
- 41) 161-164 p° tracce grasse 13 mm x 4 mm
- 42) 165-168 " " " 13 mm x 3 mm oleate

11/10/2020

MISURA FILTRI TEFLON TNA RADIATE

PROPOSAL 2000 2323-ST, LISBON

TV = 1535 KV → Ep target ~ 3 MeV

i_p = ²⁰⁻25 mA, sample scan 700 x 300

R = 180 Ω (i primi 2 @ 150 Ω)

TURNO: 11-10-2020

RUOTA:

67

CAMPIONI: RADIATE EXTERNAL USERS (LISBON)

NOME FILE RADIATE_TNA20002323-ST.SPCX

Pos	Campione	Spettro	posiz. Motore	Pos	Campione	Spettro	posiz. Motore
1	LRS-1	1		30	LRS-29	31	
2	LRS-2	2		31	LRS-30	32	
3	LRS-3	3		32	LRS-31	33	
4	LRS-4	4		33	LRS-32	34	
5	LRS-5	5		34	LRS-33	35	
6	LRS-6	6		35	LRS-34	36	
7	LRS-7	7		36	LRS-35	37	
8	LRS-8	8		37	LRS-36	38	
9	LRS-9	9		38	LRS-37	39	
10	LRS-10	10		39	LRS-38	40	
11	LRS-11	11		40	LRS-39	41	
12	LRS-12	12		41	LRS-40	42	
13	LRS-13	13		42	LRS-41	43	
14	LRS-14	14		43	LRS-42	44	
15	LRS-15	15		44	LRS-43	45	
16	LRS-16	16		45	LRS-44	46	
17	LRS-17	17		46	LRS-45	47	
18	LRS-18	18		47	~~LRS-46~~		
19	LRS-19	19		48			
20	LRS-20	20		49			
21	LRS-21	21		50			
22	LRS-22	22		51			
23	LRS-23	23		52			
24	LRS-24	24		53			
25	LRS-25	25		54			
26	LRS-26	26		55			
27	LRS-27	27, 28		56			
28	LRS-28	29		57			
29	BEAMLINE BACK.	30		58			

Misura "27" da non considerare perché il fascio ha colpito la ruota porta-campioni di Al.

Per il campione LRS-27 la misura buona è la "28".

Campioni LRS81-85 sono bianchi.

I campioni relativi alla misura "48" e successivi sono misurati con:

$$I_p = \sqrt{15} \text{ nA}$$

$$t = 250 \text{ s}$$

TURNO: 11-10-2020

RUOTA:

F1

CAMPIONI: RADIATE EXTERNAL USERS (LISBON)

NOME FILE RADIATE-TNA20002323-ST.SPCX

Pos	Campione	Spettro	posiz. Motore	Pos	Campione	Spettro	posiz. Motore
1	IT 01	48		30			
2	IT 02 BLANK	49		31			
3	IT 03	50		32			
4	IT 04	51		33			
5	IT 05	52		34			
6	IT 06 BLANK	53		35			
7	IT 07	54		36			
8	IT 08	55		37			
9	IT 09	56		38			
10	IT 11	57		39			
11	IT 13	58		40			
12	IT 14	59		41			
13	IT 16	60		42			
14	B-T-RES #1	61		43			
15	T-RES #1	62		44			
16	T-RES #5	63		45			
17	T-RES #6	64		46			
18	T-RES #7	65		47			
19	T-RES #8	66		48			
20	NIST			49			
21				50			
22				51			
23				52			
24				53			
25				54			
26				55			
27				56			
28				57			
29		67		58			

T-RES #9

68 (nd 12/11/2020)

- * Gli spettri dello standard NIST son i 255-258.
 Il riferimento e' sempre al campione 67 (proce-
 dura non aggiornata), ma nella sigatura degli
 spettri e' indicato che si tratta di "NIST 2783,
 campione 67".

STANDARD mater

ST

NACE, 1709 ----- 1-10

Il 6 era senza standard. Ne ho messo
 uno che era sulla base, ma ~~non~~ non so
 cosa sia, forse e' da burocr

Sono gli standard sottili.

Ora iniziano quelli "normali".

NACE 11
 1709 12

30

Fiori di riferimento: CHECK

CAMPIONI: PROVA CORTILE 3

NOME FILE

Pos	Campione	Spettro	posiz. Motore
1	PC3 x1	2	
2	PC3 x2	3	
3	PC3 x3	4	
4	PC3 x4	5	4
5	PC3 x5	6	5
6	PC3 x6	7	6
7		8	vuoto
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

4. Perennare ce
 sono due spettri
 4!